

Specifiche fluoroscopio portatile a raggi X

| | |
|--------------------------|---|
| Modello | BJI-2J2 |
| Campo Visivo | Φ100mm |
| Risoluzione | 30lp/cm |
| dimensione max obiettivo | 300mm |
| luminosita' schermo | SI |
| Voltaggio/tubo raggi X | 75kV/0.35mA |
| Dispersione | 50cm dal tubo, per ogni angolazione, <1mGy/ora |
| Scala dei Grigi | ≥6 |
| Alimentazione | 90-240V, 50 or 60Hz |
| Consumo A | 250VA |
| Peso netto | 8kg |
| Peso Lordo | 13kg |
| Dimensioni valigia | 66*53*22cm |
| Immagini | osservabili da monitor o computer |
| Applicazioni | Arti superiori ed inferiori |